

Parnamirim, 01 de junho de 2020

PROCESSO: 201914228541
INTERESSADO: CPL/SESAD
ASSUNTO: Pregão n°06/2020

INFORMAÇÃO


Informamos que infelizmente no Parecer Técnico emitido anteriormente por essa Direção foi atestado que o objeto licitado estava de acordo com a necessidade do hospital.

Esclarecemos que com intuito de dar celeridade ao processo foi consultada a equipe médica da coloproctologia da Unidade Hospitalar e a mesma aprovou a consulta, porém se referiu ao Diâmetro do grampeador de 35mm, ou seja, atenderia, pois estava de acordo com a faixa de medidas entre 34mm-36mm. Houve um mal entendido quanto as medidas, pois foi descrita uma altura do grampo de 3.5mm e interpretou-se que essa medida se referia ao diâmetro de 35mm.

Porém após a análise da amostra, observou-se que o diâmetro que consta na especificação técnica do item não corresponde ao solicitado no Termo de Referência, ou seja, é de 33mm e não de 36mm. E Esse diâmetro deveria ter sido citado no documento para análise e não ocorreu, somente se discriminou a altura do grampo de 3.5mm o que induziu a um erro de interpretação.

Diante do exposto acima, informamos que o material não atende a necessidade da Maternidade. Desde já encaminhamos nossas desculpas pelo transtorno causado, mas acreditamos que em tempo de ser contornado. Adiantamos que foi essa Direção que solicitou que dessa vez a Dra Rosa analisasse pessoalmente o produto para evitarmos novos erros.

Atenciosamente,


Mariana Lumeira Teixeira
Diretora Clínica HMDA
Júlia Ferreira Lopes - CRM 5124
Mat. 11497 - CRM 5124
Diretora Técnica do HMDA
Matrícula: 9302 CRM/RN: 5221


Karina Figueiredo Medeiros Ferreira
Diretora Administrativa do HMDA
Matrícula: 9097